



防爆合格证

证 号: GYB21.3484X

由 矽翔微机电系统(上海)有限公司成都分公司 制造的产品:
(地址:成都市高新区科园南二路1号4幢)

名 称 气体质量流量计

型 号 规 格 MF FD- - -15- -、MF50FD-E-r- - -、
MFI-1-E - -SSS-15- -

防 爆 标 志 Ex ia IIC T4 Gb

产 品 标 准 Q/SI 00018-2020、Q/SI 00019-2020

图 样 编 号 SIAR147-0005-00、SIAR168-0005-01~02、
SIAR169-0005-01~02、SIAR170-0005-01~02、
SIAR171-0005-01~02、SIAR172-0005-01~02、
SIAR173-0005-01~02、SIAR174-0005-01~02、
SIAR141-0005-00

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品
符合 GB 3836.1-2010,GB 3836.4-2010 标准
特颁发此证。

本证书有效期:2021年12月31日至2026年12月30日

- 备 注
1. 安全使用注意事项见本证书附件。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件,内容见本证书附件。
 3. 型号规格说明见本证书附件。
 4. 本安电气参数见本证书附件。

站 长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二一年十二月三十一日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址:上海市漕宝路103号
邮编:200233

网址:www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话:+86 21 64368180
传真:+86 21 64844580