



SITIAs
Worldwide Access

防 爆 合 格 证

证 号: GYB21.3483X

制 造 商 硅翔微机电系统(成都)有限公司

(地址: 四川省成都市双流区黄甲街道付家街 388 号成都屏芯智能制造基地 B09 号楼)

产 品 名 称 气体质量流量计

型 号 规 格 MF a -N-E- b - c -15- d -D- e

防 爆 标 志 Ex ia IIC T4 Gb

产 品 标 准 Q/SI 00011-2025

图 样 编 号 SIAR233-0005-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021

特颁发此证。

本证书有效期: 2021 年 12 月 31 日 至 2026 年 12 月 30 日

备 注

1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。
4. 本安电气参数见本证书附件。
5. [更改 I]: 制造商名称、地址变更, 防爆标准及企业标准更新, 2025 年 10 月 23 日签发。

批 准

上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 二〇二一年十二月三十一日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580